

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
с. Бартеневка имени П.Е. Толстова»



Согласовано:

Председатель профсоюзного
комитета МОУ «СОШ с.
Бартеневка им. П.Е. Толстова»
броня /Фокина Е.Б./
ФИО

1 сентября 2021 г.

Утверждено
приказом № 111 от 01.09.2021 г.
Директор МОУ «СОШ
с. Бартеневка им. П.Е. Толстова»
Бахар - /Волобоева Г.И./
ФИО

ИНСТРУКЦИЯ по электробезопасности в кабинете химии (И – 08.08 – 21)

ИНСТРУКЦИЯ **по электробезопасности в кабинете химии**

1 Устройство и условия эксплуатации электрооборудования в химических лабораториях должны соответствовать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

2 Питание электроприборов кабинета (лаборатории) химии должно осуществляться от щита с разделительными трансформаторами, подсоединенными к электрическому вводу через защитно-отключающее устройство.

3 Химические лаборатории должны быть оснащены оборудованием промышленного производства. Запрещается использовать самодельные приборы!

4 Все электрооборудование, электроинструменты при напряжении выше 42 В, а также оборудование и механизмы, которые могут оказаться под напряжением, должны быть надежно занулены. Строго запрещается заземлять приборы на батареи парового отопления или водяные грубы!

5 В случае перебоев в подаче электроэнергии все электроприборы должны быть немедленно выключены.

6 Штепсельные розетки, вилки, применяемые для напряжения 42 В, по конструктивному исполнению должны отличаться от обычных штепсельных соединений, предназначенных для напряжения 220 В, и исключать возможность включения вилок на 42 В в штепсельные розетки на 220 В.

7 Все розетки в химической лаборатории должны быть промаркованы с указанием подаваемого напряжения.

8 Запрещается подавать на лабораторные столы напряжение переменного тока выше 42 В и постоянного — выше 110 В.

9 Все токоведущие элементы электрических приборов должны быть надежно защищены от случайного прикосновения.

10 Запрещается использовать выключатели, штепсельные розетки для подвешивания плакатов и т. п.

11 При эксплуатации электронагревательных приборов необходимо следить за тем, чтобы их установка исключала непосредственную близость легковоспламеняющихся веществ, материалов, предметов и конструкций.

12 Запрещается работать на неисправных электрических приборах и установках. Обо всех обнаруженных дефектах в изоляции проводов, о неисправности штепсельных вилок, розеток и т.п., а также занулении следует немедленно сообщить администрации. Все неисправности должен устранять квалифицированный специалист.

13 Запрещается переносить включенные электроприборы и оставлять их без надзора.

14 Запрещается загромождать подходы к электрическим устройствам.

15 Осмотр и чистка электроприбора производятся при его отключении от сети (особенно в опытах по электролизу).

16 После подготовки прибора к опыту и сборки электрической схемы она должна быть проверена учителем, и только после этого можно включить прибор в сеть.

17 Перед включением прибора в сеть необходимо убедиться, соответствует ли напряжение, на которое рассчитан прибор, напряжению сети.

18 Нельзя пользоваться для включения прибора аппаратным шнуром без вилки (голыми концами проводов), т.к. при этом можно легко получить электрический удар.

19 При получении нового электроприбора необходимо прежде всего внимательно изучить инструкцию и, в случае неясности некоторых вопросов, получить консультацию у электрика.

20 Все электронагревательные приборы должны иметь теплоизолирующие ножки, и их нужно устанавливать на жаростойкие подставки.

21 Все электроприборы необходимо оберегать от сырости и особенно от наличия в атмосфере шкафа, где они хранятся, паров соляной и других кислот.